

ТЕРМОМЕТР AR9245

Руководство по эксплуатации в. 2011-12-29-JNT DVВ



ОПИСАНИЕ

Карманный термометр в виде ручки AR9245.

ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне $-50...+300^{\circ}\text{C}$.
 - Удержание показаний.
 - Запоминание max/min значений с момента включения.
 - Автоматическое выключение через 60 мин.
- Корпус в водозащищенном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	$-50...+300$
Разрешение, $^{\circ}\text{C}$	0,1 в диапазоне $-20...+200^{\circ}\text{C}$ 1,0 в остальном диапазоне
Точность, $^{\circ}\text{C}$	± 1 в диапазоне $-30...+250^{\circ}\text{C}$ ± 2 в остальном диапазоне
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	$-10...+50$
Питание	Батарейка 1,5В G13 или аналогичные
Длина датчика, мм	123
Интервал опроса датчика, с	1 с
Габаритные размеры, мм/вес, г	210×40×25/37

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Фаренгейта.

Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN); чтобы узнать максимальную – нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится

надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

ЗАМЕЧАНИЯ

Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.

Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Компания "Приборы Урала"

г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46А, оф. 607

тел.: (343) 345-03-03, 220-10-53

e-mail: 3450303@bk.ru

М.П.